

ECHINOCOCCUS MULTILOCCULARIS

Test immunoenzimatico per la diagnostica dell'echinoccosi alveolare dell'uomo

96 tests su astine sezionabili destinate ad uso **in vitro**

Istruzioni d'uso per l'articolo N° 9300
N° CE: H-CH/CA01/IVD/01757



Uso previsto del prodotto:

Diagnostica sierologica (IgG) dell'echinoccosi alveolare dell'uomo e conferma di casi clinici sospetti. Controllo post-operatorio. Sorveglianza epidemiologica delle popolazioni e delle persone appartenenti a gruppi a rischio.

Principio del test e presentazione:

Il kit contiene il materiale necessario per effettuare 96 test immuno-enzimatici (test ELISA) su pozzetti sensibilizzati con gli antigeni Em2-Em18 di ***Echinococcus multilocularis***. La presenza di anticorpi sierici specifici rispetto agli antigeni parassitari è evidenziata mediante un coniugato proteina A-fosfatasi alcalina. Le astine separabili in pozzetti individuali permettono di testare economicamente delle piccole serie di campioni.

Materiale contenuto nel kit (96 tests):

WELL	9300-01	Pozzetti sensibilizzati con gli antigeni Em2-Em18 di <i>Echinococcus multilocularis</i> , su 96 astine separabili	96	pozzetti
DILB	9300-02	Tampone di diluizione (concentrato 10 x)	50	ml
WASH	9300-03	Soluzione di lavaggio (concentrata 10 x)	50	ml
ENZB	9300-04	Tampone dell' enzima	50	ml
STOP	9300-05	Soluzione d'arresto (K ₃ PO ₄)	25	ml
CONTROL -	9300-06	Siero di controllo negativo	200	µl
CONTROL -/+	9300-07	Siero di controllo debolmente positivo (soglia)	200	µl
CONTROL +	9300-08	Siero di controllo positivo	200	µl
CONJ	9300-09	Coniugato Proteina A - fosfatasi alcalina	300	µl
SUBS	9300-10	Substrato della fosfatasi	20	Compress e
		Riserva di reattivi per multipipette, 25 ml	1	Pezzo
		Quadro di sostegno per il contenitore dei pozzetti	1	Quadro

Conservazione:

Conservare il kit tra 2° e 8° C (trasporto a temperatura ambiente). La data di scadenza e il numero del lotto sono stampati sul lato della scatola.

Materiale necessario non presente nel kit:

Pipette (μl et ml). Recipienti. Provette per la diluizione dei sieri. Bande adesive per coprire i pozzetti durante le incubazioni. Acqua distillata. Incubatore a 37°C. Lettore ELISA tarato ad una lunghezza d'onda di 405 nm.

Preparazione dei reagenti prima dell'uso:

Astine sensibilizzate: aprire il lato del sacchetto d'alluminio 9300-01 e ritirare il numero necessario di pozzetti. Mettere i pozzetti in un supporto. Se necessario, completare le posizioni non utilizzate del supporto con dei pozzetti già usati. Mettere il supporto in un quadro rispettando la sua orientazione. Conservare le astine non utilizzate sigillate nel sacchetto con la sostanza essiccante.

Tampone di diluizione: diluire il tampone di diluizione concentrato 10 x 9300-02, 1/10 in acqua distillata.

Soluzione di lavaggio: diluire la soluzione di lavaggio concentrata 10 x 9300-03, 1/10 in acqua distillata. Se volete utilizzare la vostra soluzione di lavaggio, evitate i tamponi che contengono fosfato e che potrebbero inibire successivamente l'attività enzimatica della fosfatasi alcalina.

Sieri di controllo negativi, debolmente positivi (soglia) e positivi: diluire 10 μl di ogni siero di controllo 9300-06 a -08 in 190 μl della soluzione tampone di diluizione (diluizione finale: 1/20).

Sieri da testare: diluire 10 μl di siero in 2.0 ml della soluzione tampone di diluizione (diluizione finale: 1/201).

Coniugato proteina A - fosfatasi alcalina: diluire il coniugato 9300-09, 1/51 nella soluzione tampone di diluizione.

Soluzione di substrato: equilibrare alla temperatura ambiente il tampone dell'enzima 9300-04. Prima di aggiungere ai pozzetti ELISA il substrato della fosfatasi dissolvere il numero necessario di compresse di substrato 9300-10 nel tampone dell'enzima 9300-04 non diluito (una compressa in 2.5 ml di tampone). Vortexare fino a scioglimento completo della compressa.

Soluzione d'arresto: utilizzare il reagente N° 9300-05 non diluito.



Precauzioni d'uso: Le soluzioni 9300-02, 9300-03, 9300-04 e 9300-09 contengono rispettivamente 0.1%, 0.05%, 0.01% e 0.1% di azoturo di sodio (NaN_3). La soluzione 9300-02 contiene 0.02% di merthiolato. Queste sostanze sono tossiche. La soluzione d'arresto 9300-05 (0.5 M K_3PO_4) è irritante.

I sieri di controllo negativo, debolmente positivo e positivo (9300-06 a -08) provengono da conigli.

Volumi da preparare:

			Numero di pozzetti da utilizzare			
			3-4	5-6	7-8	9-10
Tampone di diluizione (10 x)	9300-02 + H ₂ O	ml + ml	1 + 9	2 + 18	3 + 27	4 + 36
Sol. di lavaggio (10 x)	9300-03 + H ₂ O	ml + ml	1 + 9	2 + 18	3 + 27	4 + 36
Coniugato	9300-09 + tampone di diluizione	μl + μl	10 + 500	15 + 750	20 + 1000	25 + 1250
Sieri di controllo	9300-06 a -08 + tampone di diluizione	μl + μl	10 + 190	10 + 190	10 + 190	10 + 190
Sieri da testare	Siero + tampone di diluizione	μl + μl	10 + 2000	10 + 2000	10 + 2000	10 + 2000
Soluzione di substrato	9300-10 + 9300-04	tabl. + ml	1 + 2.5	1 + 2.5	1 + 2.5	1 + 2.5

Metodo:

Tappa 1: Bloccaggio:

Riempire completamente i pozzetti con la soluzione tampone di diluizione.

Incubare tra 5 e 15 minuti alla temperatura ambiente (bloccaggio dei pozzetti).

Eliminare il tampone di diluizione per aspirazione o agitando le astine sopra un lavello.

Tappa 2: Incubazione con i campioni di siero:

Riempire il primo pozzetto della prima astina con 100 µl di tampone di diluizione ("bianco", senza siero).

Riempire i tre pozzetti seguenti con 100 µl dei sieri controllo diluiti (siero negativo, debolmente positivo (soglia) e positivo).

Riempire gli altri pozzetti con i sieri da testare diluiti (100 µl)

Coprire i pozzetti con del nastro adesivo e incubare 30 minuti a 37° C.

Eliminare i sieri e lavare 4 x con la soluzione di lavaggio.

Tappa 3: Incubazione con il coniugato:

Distribuire 100 µl del coniugato proteina A - fosfatasi diluito in ogni pozzetto.

Coprire i pozzetti con del nastro adesivo e incubare 30 minuti a 37° C.

Eliminare il coniugato e lavare 4 x con la soluzione di lavaggio.

Tappa 4: Incubazione con il substrato:

Distribuire 100 µl della soluzione di substrato in ogni pozzetto.

Coprire i pozzetti con del nastro adesivo e incubare 30 minuti a 37° C.

Arrestare la reazione aggiungendo a ogni pozzetto 100 µl della soluzione d'arresto.

Tappa 5: Misura della densità ottica:

Asciugare sotto i pozzetti, eliminare le eventuali bolle d'aria e misurare la densità ottica (Assorbimento) alla lunghezza d'onda di 405 nm.

Interpretazione:

Sottrarre il valore del “bianco” in assenza di siero da tutti gli altri valori. Il test è valido se sono rispettati i tre criteri seguenti : DO del controllo positivo >1.200, DO del controllo negativo < 15% del controllo positivo, DO del “bianco” misurato contro l’aria < 0.350.

La concentrazione di anticorpi del siero soglia 9300-07 è stata aggiustata in modo da permettere una distinzione ottimale tra i sieri di casi clinici di echinococcosi e i sieri di soggetti sani.

Il risultato è **negativo** quando la densità ottica del siero da testare è più bassa di quella del siero soglia 9300-07. In questo caso, la concentrazione di anticorpi IgG diretti contro gli antigeni Em2-Em18 di *Echinococcus multilocularis* non è clinicamente significativa.

Il risultato è **positivo** quando la densità ottica del siero da testare è più alta di quella del siero soglia 9300-07. In questo caso, la concentrazione di anticorpi IgG diretti contro gli antigeni Em2-Em18 di *Echinococcus multilocularis* è considerata clinicamente significativa.

Sensibilità e specificità del test:

Una sensibilità diagnostica del 93 % è stata osservata con un gruppo di 27 pazienti infetti da *E. multilocularis*. I casi d'**idatidosi** (*E. granulosus*) sono negativi con questo test in circa 85 % dei casi (n = 19). La specificità della reazione in rapporto ad altre parassitosi è del 90% per i pazienti che soffrono di elmintiasi (**toxocarasi, bilarziosi, cisticercosi, filariosi, strongiloidosi e distomatosi**; n=51) e di 74 % per i pazienti affetti da infezioni da **protozooi** (**amebiasi, leishmaniosi e malaria**; n=23). La specificità della reazione con dei sieri di donatori di sangue svizzeri è del 98 % (n=158). Uno studio interno ha mostrato che i sieri lipemici, **itterici** o emolisati non presentavano problemi per la realizzazione di questo test

La ripetibilità è stata valutata testando 2 sieri umani in 24 pozzetti di una micropiastra in un unico test. La riproducibilità è stata valutata testando questi 2 campioni in 10 test diversi.

	Ripetibilità		Riproducibilità	
	Campione 1	Campione 2	Campione 1	Campione 2
Media (densità ottica)	0.647	1.518	0.580	1.407
Deviazione-standard (densità ottica)	0.033	0.058	0.026	0.064
Coefficiente di variazione (%)	5.1	3.8	4.5	4.6

Riferimenti bibliografici:

Müller, N., Gottstein, B., Vogel, M., Flury, K. and Seebeck, T. (1989) Application of a recombinant *Echinococcus multilocularis* antigen in an ELISA for immunodiagnosis of human alveolar echinococcosis. Mol. Biochem. Parasitol. **36** : 151-160.

Gottstein, B., Jacquier, P., Bresson-Hadni, S. and Eckert, J. (1993) Improved primary immunodiagnosis of alveolar Echinococcosis in humans by an enzyme-linked immunosorbent assay using the Em2^{plus} antigen. J. Clin. Microbiol. **31** : 373-376.

Eckert, J., Conraths, F. and Tackmann, K. (2000) Echinococcosis: an emerging or re-emerging zoonosis? Int. J. Parasitol. **30** : 1283-1294.

Müller, N., Frei, E., Nuñez, S. and Gottstein, B. (2006) Improved serodiagnosis of alveolar echinococcosis of humans using an in vitro-produced *Echinococcus multilocularis* antigen. Parasitology. **134** : 1-10.

Knapp, J., Sako, Y., Grenouillet, F. Bresson-Hadni, S. Richou, C., Gbaguidi-Haore, H., Ito, A., Millon, L. (2014) Comparison of the serological tests ICT and ELISA for the diagnosis of alveolar echinococcosis in France. Parasite. **21**.



BORDIER AFFINITY PRODUCTS SA
Bâtiment Biokema, Chatanerie 2, CH-1023 Crissier, Switzerland.



Phone: + 41 21 633 31 67, Fax: + 41 21 633 31 78, www.bordier.ch